



## ULTIMA M5-W

Руководство  
пользователя

VBG COSMETIC

### Наименование деталей



### Правила использования

- Режим работы через адаптер
- (1) Подключите адаптер постоянного тока (DC) к разъему.
  - (2) Вставьте адаптер постоянного тока (DC) в розетку переменного тока (AC).
- Режим работы через батарею
- (1) Включите Dr.pen напрямую с полностью заряженной батареей.
  - (2) Зарядка батареи: вставьте адаптер в розетку и подключите его к зарядному устройству. Индикатор батареи загорится красным. При полной зарядке индикатор загорится зеленым.
- 3) Батарея полностью заряжается примерно за 4 часа.
- 4) Батарею можно заряжать во время работы прибора.


### Правила использования

2. Подготовка к работе
- (1) Достаньте микроиглячатый картридж из стерилизованной упаковки.
  - (2) Вставьте в круглый слот 1 слот 2, надавите на микроиглячатый картридж горизонтально до конца.
- (3) Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.
- (4) Регулировка длины иглы должна производиться после включения прибора.
- (5) Если вы хотите извлечь микроиглячатый картридж, поверните его по часовой стрелке и выполните горизонтально, подняв круглые слоты (1 и 2) друг к другу.
- (3) Регулировка длины иглы
- Вы можете отрегулировать длину иглы, поворачивая регулировочное кольцо по часовой или против часовой стрелки. Если повернуть его по часовой стрелке, длина будет больше. Если повернуть его против часовой стрелки, длина будет меньше.
- Против часовой стрелки: Длина иглы будет меньше
- По часовой стрелке: Длина иглы будет больше

### Правила использования

#### 3. Регулировка скорости и длины иглы

(1) Регулировка скорости и ВКЛ/ВЫКЛ



#### (2) 5 уровней контроля скорости

Нажимайте на переключатель в течение 2 секунд, чтобы открыть прибор. Он начинает с минимальной скорости до максимальной при первом включении питания. Скорость циклически меняется от низкой до высокой. Когда вам нужно остановить прибор, пожалуйста, нажимайте на переключатель в течение 2 секунд.

Чем выше частота мигания светового индикатора, тем выше скорость

### Справочная таблица

ЗОНА	ТОЛЩИНА КОЖИ	УТОЛЩЕННАЯ КОЖА
Лоб	0,25–0,5 мм	0,5–0,75 мм
Мекбровые	0,25–0,5 мм	0,5–1,0 мм
Нос	0,25 мм	0,5 мм
Область вокруг глаз	0,25 мм	0,25–0,5 мм
Скулы	0,5 мм	0,5–1,0 мм
Щеки и подбородок	0,5–1,0 мм	1,0–2,0 мм
Верхняя губа	0,25 мм	0,25–0,75 мм
Губы на губе	1,0–1,25 мм	1,5–2,0 мм
Растяжки	1,5–2,0 мм	1,5–2,0 мм
Хирургические швы и рубцы	2,0–2,5 мм	

### Предостережение

	Не используйте прибор		Стерилизуйте прибор
	Не используйте прибор		Не используйте прибор
	Не используйте прибор		Не используйте прибор
	Не используйте прибор		Не используйте прибор
	Не используйте прибор		Не используйте прибор

### Спецификация

1. Изделие
- Прибор для микроиглячатой терапии с помощью вибрации.
2. Принцип действия
- Прибор для прокалывания кожи и введения лекарств или косметических средств с помощью микроиглы, выполняющей возвратно-поступательные движения.
3. Классификация
- Класс защиты от поражения электрическим током: оборудование класса II
- Степень защиты от поражения электрическим током: незаземленная рабочая часть
- Степень защиты от попадания воды: стандартное оборудование (IPX0)
- Режим работы: непрерывная работа
4. Спецификация
- 1) Наименование: Автоматический электрический штамп для мезотерапии
  - 2) Модель: Ultima M5
  - 3) Батарея: 5B, 1000 mA
  - 4) Вес: Основной корпус 76 г
  - 5) Размер: 150\*23 (мм)

### Гарантия

	Поставщик не несет ответственности за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.
	Пользователь несет ответственность за повреждение имущества пользователя, вызванное использованием прибора.

### Упаковочный лист

Прибор	1 шт.
Картриджи	2 шт. по 12 игл
Руководство	1 шт.
Адаптер	1 шт.

### Обслуживание

1. Гарантия на детали Dr.pen составляет 6 месяцев с даты их изготовления.
2. Мы обеспечиваем бесплатный ремонт наших изделий в течение 600 часов (гарантия) со дня их приобретения. Если какое-либо наше изделие имеет повреждения или брак, мы обеспечиваем ремонт или замену.
3. Если неисправности произошли по следующим причинам, вы должны оплатить ремонт даже в течение гарантийного срока.
- Неисправности из-за небрежного обращения пользователя с прибором,
- его самовольного ремонта или переделки
- Неисправности из-за ремонта человеком, не являющимся специалистом авторизованного производителя дилерского магазина или центра обслуживания клиентов
- Неисправности или повреждения, вызванные ударами во время транспортировки
- Неисправности, вызванные использованием аксессуаров или опций, неавторизованных производителем
1. Общее техническое обслуживание
- Держите прибор выключенным. Протирайте его поверхность сухой тканью.
- Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.
- Не доверяйте проверке, ремонт или переделку прибора непрофессионалу.
2. Регулярный осмотр
- Обязательно осмотрите прибор и адаптер перед использованием.
- Если вы не использовали прибор в течение длительного времени, убедитесь, что он работает должным образом и безопасен.

## ULTIMA M5-W

Руководство  
пользователя

www.vbg-cosmetic.ru